

Акредитація згідно  
ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDT)

**Результати досліджень**

Дата замовлення: **15.02.2022 16:58** Дата результату: **15.02.2022 20:37**

Клієнт: **Test Covid 19**



**3006697103**

Дата народження: **22.02.1982** Вік: **39 Y 11 M** Стать: **Чоловіча**

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
<b>ПЛР</b>			 Індикатор зони підвищеної уваги

**ПЛР. Коронавірус (PHK SARS-CoV-2, назо-орофарингеальний зішкріб, якісне визначення, метод rRT-PCR)**

Ген RdRP SARS-CoV-2	<b>не виявлено</b>	не виявлено
Ген E SARS-CoV-2	<b>не виявлено</b>	не виявлено
Лабораторний висновок:	<b>не виявлено</b>	не виявлено PHK SARS-CoV-2 Аналітична чутливість тест-системи становить 250 копій PHK/мл Метод: ПЛР в режимі реального часу (rRT-PCR) Реагенти: BAG Diagnostics (Німеччина), які сертифіковані системою CE (IVD) Аналізатор: CFX-96 (BioRad, США)

Примітка:



Термін дії QR коду 14 діб.




Небільцова О.В